



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證證書

(證書編號：L1842-251018)

茲證明

詎詮科技驗證顧問有限公司

詎詮科技驗證顧問有限公司

新北市林口區工七路 12 號

為本會認證之實驗室

認證依據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認證編號：1842

初次認證日期：九十六年七月十六日

認證有效期間：一百一十四年八月八日至一百一十七年八月七日止

認證範圍：測試領域，如續頁

特定服務計畫：商品檢驗指定試驗室認證服務計畫
美國能源之星實驗室認證服務計畫

董事長

陳怡鈴



掃描確認真偽

中華民國一十四年十月十八日

認證編號：1842

實驗室主管：徐太森

■ 15.03 醫療器材

內視鏡設備

E001 安規

IEC 60601-2-18

EN 60601-2-18

BS EN 60601-2-18

CAN/CSA-C22.2 NO.60601-2-18

JIS T 0601-2-18

AS/NZS IEC 60601.2.18

264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 47 Hz to 63 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 150 A max., 15 kVA max.

(不含 AP 及 APG 類產品)

IP20 to IP68

報告簽署人: 徐太森

■ 15.03 醫療器材

心電圖 ECG 幹線電纜和患者導聯線

E001 安規

ANSI/AAMI EC 53

264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 50/60 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 150 A max., 15 kVA max.

報告簽署人: 徐太森

■ 15.03 醫療器材

心電圖監測設備

E001 安規

IEC 60601-2-27

EN 60601-2-27

BS EN 60601-2-27

ANSI/AAMI 60601-2-27

CAN/CSA-C22.2 No 60601-2-27

AS/NZS IEC 60601.2.27

264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 47 Hz to 63 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 150 A max., 15 kVA max.

(不含 AP 及 APG 類產品)

報告簽署人: 徐太森

■ 15.03 醫療器材

心電圖機

E001 安規



IEC 60601-2-25
EN 60601-2-25
BS EN 60601-2-25
ANSI/AAMI 60601-2-25
CAN/CSA-C22.2 No 60601-2-25
JIS T 0601-2-25
AS/NZS IEC 60601.2.25
264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 47 Hz to 63 Hz, 1 Ø
DC: 300 V max., 150 A max., 15 kVA max.
(不含 AP 及 APG 類產品)

報告簽署人: 徐太森

■ 15.03 醫療器材

多功能生理監視器

E001 安規

IEC 80601-2-49

264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 47 Hz to 63 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 15 kVA max.

排除 Electromagnetic compatibility of ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS,
Electromagnetic disturbance - requirements and tests, Determination of ALARM conditions
and assignment of priority, ALARM system logging

報告簽署人: 徐太森

■ 15.03 醫療器材

血氧濃度計

E001 安規

ISO 80601-2-61

264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 47 Hz to 63 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 150 A max., 15 kVA max.

排除 Electromagnetic compatibility of ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS,
Electromagnetic disturbance - requirements and tests, Additional requirements for ALARM
CONDITION priority, TECHNICAL ALARM CONDITION for power supply failure,
Accuracy of controls and instruments, FUNCTIONAL CONNECTION

報告簽署人: 徐太森

■ 15.03 醫療器材

居家醫療器材

E001 安規

IEC 60601-1-11

EN 60601-1-11

BS EN 60601-1-11

ANSI/AAMI HA60601-1-11

CAN/CSA C22.2 No. 60601-1-11

IP20 to IP22

264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 47 Hz to 63 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 150 A max., 15 kVA max.

報告簽署人: 徐太森; 鄭玕琍



■ 15.03 醫療器材

非侵入式血壓計

E001 安規

IEC 80601-2-30

EN IEC 80601-2-30

BS EN IEC 80601-2-30

ANSI/AAMI/IEC 80601-2-30

CAN/CSA-C22.2 No 80601-2-30

264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 47 Hz to 63 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 150 A max., 15 kVA max.

(不含 AP 及 APG 類產品)

報告簽署人: 徐太森

■ 15.03 醫療器材

神經肌肉刺激器

E001 安規

IEC 60601-2-10

EN 60601-2-10

BS EN 60601-2-10

CAN/CSA C22.2 No. 60601-2-10

JIS T 0601-2-10

264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 47 Hz to 63 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 150 A max., 15 kVA max.

報告簽署人: 徐太森

■ 15.03 醫療器材

動態心電圖機

E001 安規

IEC 60601-2-47

EN 60601-2-47

BS EN 60601-2-47

ANSI/AAMI 60601-2-47

CAN/CSA-C22.2 No 60601-2-47

ANSI/AAMI EC57

ANSI/AAMI EC12

264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 47 Hz to 63 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 150 A max., 15 kVA max.

(不含 AP 及 APG 類產品)

報告簽署人: 徐太森

■ 15.03 醫療器材

救護車用醫療設備

E001 溫度測試

濕度及液體侵入測試

機械強度測試

EN 1789

264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 47 Hz to 63 Hz, 1 Ø



DC: 300 V max., 150 A max., 15 kVA max.
(不含 AP 及 APG 類產品)

報告簽署人: 徐太森

■ 15.03 醫療器材
超音波醫療診斷和監測設備
E001 安規

IEC 60601-2-37

EN 60601-2-37

BS EN 60601-2-37

CAN/CSA-C22.2 No. 60601-2-37

264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 47 Hz to 63 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 150 A max., 15 kVA max.

(不含 AP 及 APG 類產品)

報告簽署人: 徐太森

■ 15.03 醫療器材
腦波圖設備

E001 安規

IEC 80601-2-26

EN IEC 80601-2-26

BS EN IEC 80601-2-26

CAN/CSA-C22.2 No 80601-2-26

264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 47 Hz to 63 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 150 A max., 15 kVA max.

(不含 AP 及 APG 類產品)

報告簽署人: 徐太森

■ 15.03 醫療器材
電燒刀

E001 安規

IEC 60601-2-2

EN IEC 60601-2-2

BS EN IEC 60601-2-2

ANSI/AAMI 60601-2-2

CAN/CSA-C22.2 No 60601-2-2

JIS T 0601-2-2

264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 47 Hz to 63 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 150 A max., 15 kVA max.

(不含 AP 及 APG 類產品)

IP20 to IP68

報告簽署人: 徐太森

■ 15.03 醫療器材
醫療相關器材

E001 安規

UL 60601-1

ANSI/AAMI ES60601-1



IEC 60601-1
EN 60601-1
CNS 14509
BS EN 60601-1
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1
JIS T 0601-1
AS/NZS 3200.1.0
264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 47 Hz to 63 Hz, 1 Ø
DC: 300 V max., 150 A max., 15 kVA max.
(不含 AP 及 APG 類產品)
IP20 to IP22

報告簽署人: 朱漢光; 徐太森; 鄭玕琍

E023 可用性
IEC 60601-1-6
EN 60601-1-6
IEC 62366
EN 62366
BS EN 60601-1-6
CAN/CSA-C22.2 No 60601-1-6
IEC 62366-1
EN 62366-1
BS EN 62366-1
ANSI/AAMI/IEC 62366-1
CAN/CSA-IEC 62366-1

報告簽署人: 朱漢光; 徐太森

■ 15.03 醫療器材
醫療器材軟體
E023 軟體評估
IEC 62304
EN 62304
BS EN 62304
ANSI/AAMI/IEC 62304
CAN/CSA-CEI/IEC 62304

報告簽署人: 徐太森

■ 17.04 量測(計量)儀器
測量, 控制和實驗室用電氣設備
E001 安規
IEC 61010-1
EN 61010-1
UL 61010-1
ANSI/ISA 61010-1
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1
IEC 61010-2-101
EN 61010-2-101



BS EN 61010-1
BS EN 61010-2-101
UL 61010-2-101
CSA C22.2 No. 61010-2-101
IP20 to IP22
264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 47 Hz to 63 Hz, 1 Ø
DC: 300 V max., 150 A max., 15 kVA max.

報告簽署人: 徐太森; 張勝富; 鄭仔琍

■ 18.02 民生用品

家用電器

E005 待機功率量測

COMMISSION REGULATION (EC) No 1275/2008

264 Vac max., 20 A max., 5 kVA max., 50/60 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 20 A max., 2.3 kVA max.

報告簽署人: 朱漢光; 徐太森; 鄭仔琍

E005 待機功率量測

IEC 62301

EN 62301

CNS 15229

AS/NZS 4665.1

AS/NZS 4665.2

MS IEC 62301

EN 50564

264 Vac max., 20 A max., 5 kVA max., 50/60 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 20 A max., 2.3 kVA max.

報告簽署人: 徐太森; 鄭仔琍

■ 18.04 民生用品

含鈕扣電池及硬幣型電池的產品

E001 安規

16 CFR part 1263

ANSI/UL 4200A

報告簽署人: 朱漢光; 徐太森; 張勝富; 鄭仔琍

■ 18.04 民生用品

影音, 資訊, 通訊技術及類似設備

E001 安規

IEC 62368-1

EN 62368-1

CNS 15598-1

EN IEC 62368-1

BS EN 62368-1

BS EN IEC 62368-1



1 Ø, 400 Vac max., 78 A max., 75 KVA max., 47 Hz to 63Hz
3 Ø, 690 Vac max., 78 A max., 75 KVA max., 47 Hz to 63Hz
DC: 300 V max., 150 A max., 15 kVA max.

報告簽署人: 朱漢光; 張勝富; 鄭仔琍

E001 安規
IEC 62368-3
EN IEC 62368-3
BS EN IEC 62368-3
1 Ø, 400 Vac max., 78 A max., 75 KVA max., 47 Hz to 63Hz
DC: 300 V max., 150 A max., 15 kVA max.

報告簽署人: 朱漢光; 張勝富; 鄭仔琍

■ 18.04 民生用品
影音類產品, 3C 電池充電器
E001 安規
CNS 14408
IEC 60065
EN 60065
264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 50/60 Hz, 1 Ø
DC: 300 V max., 150 A max., 15 kVA max.

報告簽署人: 張勝富; 鄭仔琍

■ 18.04 民生用品
影音類產品
E005 能源效率
IEC 62087-1
EN 62087-1
SANS 62087-1
264 Vac max., 20 A max., 5 kVA max., 50/60 Hz, 1 Ø
DC: 300 V max., 20 A max., 2.3 kVA max.

報告簽署人: 徐太森; 鄭仔琍

■ 19.05 電子與電機
二次鋰電池組/芯 (含鹼性或其他非酸性電解液之二次電池組/芯; 便攜式密封二次電池組/芯); 3C 二次鋰單電池/組; 3C 二次鋰行動電源
E001 安規
IEC 62133
EN 62133
CNS 15364
IEC 61960-3
EN 61960-3
CNS 14857-2
IEC 62133-1
IEC 62133-2



JIS C 62133-2
J62133-2
EN 62133-2
BS EN 62133-2
BS EN 61960-3
CNS 62133-2
DC: 80 V max., 120 A max., 5 kW max.
不含單電池強制內部短路試驗

報告簽署人: 徐太森; 張勝富; 鄭仔琍

E001 安規
UN 38.3,
IEC 62281,
EN 62281
DC: 80 V max., 120 A max., 5 kW max.

報告簽署人: 徐太森; 張勝富; 鄭仔琍

■ 19.05 電子與電機

含鹼性或其他非酸性電解質的二次電池和電池組 - 工業應用用的二次鋰電池和電池組的安全要求

E001 安規 (不含單電池強制內部短路試驗)

IEC 62619
CNS 62619
EN 62619
BS EN 62619
JIS C 8715-2
DC: 80 V max., 480 A max., 5 kW max.
排除內部短路測試;
排除電池系統安全 (功能安全評估);
含延燒測試

報告簽署人: 徐太森; 張勝富; 鄭仔琍

■ 19.06 電子與電機

不斷電式電源供應器

E001 安規
CNS 14843-1
CNS 14843-2
1 Ø, 264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 47 to 63 Hz
300 Vdc max., 150 A max., 15 kVA max.

報告簽署人: 張勝富

■ 19.99 電子與電機

電機電子產品

E001 介電強度測試
接地電阻測試
單一故障測試
負荷電流測試
標籤擦拭測試



環測測試驗證程序 (包含絕緣阻抗測試/介電強度測試/接地電阻測試)

IEC 61850-3

IEEE 1613

264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 50/60 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 150 A max., 15 kVA max.

報告簽署人: 徐太森; 鄭玕琄

E003 中性鹽水噴霧試驗

CNS 8886

ASTM B117

IEC 60068-2-11

IEC 61850-3

報告簽署人: 張勝富; 彭及鑑

E003 低溫測試

乾熱測試

震動測試

衝擊測試

濕度及溫度循環測試

IEC 60068-2-1

IEC 60068-2-2

IEC 60068-2-6

IEC 60068-2-64

IEC 60068-2-27

IEC 60068-2-30

EN 50155

IEC 60945

IACS E10

DNV-CG-0339

IEC 61850-3

IEEE 1613

-40 °C to 100 °C

60 % to 95 %R.H.

(5 to 2000) Hz

(0.5 to 6.4) mm

(6 to 11) ms, (15 to 100) g

報告簽署人: 朱漢光; 徐太森; 張勝富; 彭及鑑; 鄭玕琄

E003 電器外殼保護防水及防塵等級

IEC 60529

CNS 14165

IP11 to IP68

IPX1, IPX2: 待測物最大尺寸 800 mm (L) x 800 mm (W) x 600 mm (H)

IPX3, IPX4: 擺動水管半徑為 200 mm 或 400 mm

IPX8 測試深度最高 114 cm

報告簽署人: 張勝富; 彭及鑑



■ 19.99 電子與電機

電機電子產品及變電站通訊網路和系統

E003 變溫測試

IEC 60068-2-14 (Test Nb)

IEC 61850-3

IEEE 1613

(-40 to 100) °C

(60 to 95) %R.H.

報告簽署人: 徐太森; 鄭仔琍

E003 抗震測試

IEC 60068-2-57

IEC 61850-3 (Table I, Class I)

IEEE 1613 (Table I, Class I)

(1 to 35) Hz

(0.5 to 6.4) mm

(0-100) m/s²

報告簽署人: 徐太森; 鄭仔琍

E003 濕熱穩態測試

IEC 60068-2-78

IEC 61850-3

IEEE 1613

EN 50155

IEC 60945

IACS E10

DNV-CG-0339

(-40 to 100) °C

(60 to 95) %R.H.

報告簽署人: 徐太森; 鄭仔琍

■ 19.99 電子與電機

電機電子類產品 (鋰離子電池組)

E003 -落下測試

-堆疊測試

UN TDG, Model Regulations Volume I

UN TDG, Model Regulations Volume II

IATA Dangerous Goods Regulations

UN TDG, Model Regulations Volume I 僅含特殊規定 188 (落下測試)

UN TDG, Model Regulations Volume II 僅含落下測試, 堆疊測試

IATA Dangerous Goods Regulations 僅含包裝箱落下測試, 三米堆疊測試

報告簽署人: 徐太森; 張勝富; 鄭仔琍

■ 20.21 資訊與通訊

資訊類產品, 3C 二次鋰行動電源, 3C 電池充電器

E001 安規

CNS 14336-1



IEC 60950-1
EN 60950-1
AS/NZS 60950.1
264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 47 Hz to 63 Hz, 1 Ø
DC: 300 V max., 150 A max., 15 kVA max.

報告簽署人: 張勝富; 鄭仔琍

■ 20.21 資訊與通訊

伺服器

E005 能源效率

ENERGY STAR® Program Requirements Product Specification for Computer Servers,
COMMISSION Regulations (EU) 2019/424

264 Vac max., 20 A max., 5 kVA max., 50/60 Hz, 1 Ø
DC: 300 V max., 20 A max., 2.3 kVA max.

報告簽署人: 朱漢光; 徐太森; 鄭仔琍

■ 20.21 資訊與通訊

資訊類產品

E005 能源效率

IEC 62301

EN 62301

CNS 15229

264 Vac max., 20 A max., 5 kVA max., 50/60 Hz, 1 Ø
DC: 300 V max., 20 A max., 2.3 kVA max.

報告簽署人: 徐太森; 鄭仔琍

■ 20.21 資訊與通訊

電腦

E005 能源效率

ENERGY STAR Program Requirements Product Specification for Computers

AS/NZS 5813.2

IEC 62623

EN 62623

BS EN 62623

JIS C 62623

264 Vac max., 20 A max., 5 kVA max., 50/60 Hz, 1 Ø
DC: 300 V max., 20 A max., 2.3 kVA max.

報告簽署人: 徐太森; 張勝富; 鄭仔琍

■ 20.21 資訊與通訊

電腦, 筆記型電腦, 桌上型電腦

E005 能源效率

COMMISSION REGULATION (EU) No 617

264 Vac max., 20 A max., 5 kVA max., 50/60 Hz, 1 Ø
DC: 300 V max., 20 A max., 2.3 kVA max.

報告簽署人: 朱漢光; 徐太森; 鄭仔琍



■ 20.21 資訊與通訊

顯示器

E005 能源效率

COMMISSION REGULATION (EU) 2019/2021

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013

264 Vac max., 20 A max., 5 kVA max., 50/60 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 20 A max., 2.3 kVA max.

報告簽署人: 朱漢光; 徐太森; 鄭仔琍

E005 能源效率

ENERGY STAR Program Requirements Product Specification for Displays

264 Vac max., 20 A max., 5 kVA max., 50/60 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 20 A max., 2.3 kVA max.

報告簽署人: 徐太森; 張勝富; 鄭仔琍

■ 22.05 運輸設備

電動機車充電系統

E001 安規

CNS 15425-1

264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 50/60 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 100 A max., 15 kVA max.

報告簽署人: 張勝富; 彭及鑑

■ 22.05 運輸設備

二次鋰電池/組 (電動機車用)

E002 電磁相容 (ESD only)

CNS 15424-1

CNS 15424-2

接觸放電: $\pm (2 \text{ to } 8) \text{ kV}$

空氣放電: $\pm (2 \text{ to } 8) \text{ kV}$

報告簽署人: 張勝富; 彭及鑑

■ 22.06 運輸設備

鐵道應用電子設備

E001 安規

EN 50155

BS EN 50155

IEC 60571

(外觀檢查, 性能試驗, 絕緣試驗)

EN 61373; 2010 (Category 2 及 Category 3 除外)

DC: 300 V max., 100 A, 15 kVA max.

報告簽署人: 朱漢光; 徐太森; 張勝富; 彭及鑑; 鄭仔琍



■ 22.08 運輸設備

二次鋰電池/組 (電動機車用)

E001 安規

CNS 15424-1

CNS 15424-2

CNS 15387

DC: 300 V max., 100 A max., 15 kVA max.

報告簽署人: 張勝富; 彭及鑑

E001 安規

UN ECE R136

DC: 80 V max., 120 A max., 5 kW max.

(排除耐火性測試), 僅限 REESS (可充電式能量儲存系統) 產品相關章節

報告簽署人: 張勝富

■ 22.08 運輸設備

輕型電動車用二次鋰電池

E001 安規

EN 50604-1

DC: 80 V max., 480 A max., 15 kW max.

(不含耐火試驗)

報告簽署人: 徐太森; 張勝富; 鄭仔琍

■ 22.99 運輸設備

船舶導航, 通信及電子系統

E001 安規

IEC 60945 (極限電源測試, 極端電源條件測試, 硬表面跌落測試)

IACS E10

DNV-CG-0339

(外觀檢查, 性能測試, 電源變化測試, 傾斜測試, 絕緣電阻測試, 耐壓測試, 外殼阻燃測試)

264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 47 Hz to 63 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 100 A, 15 kVA max.

報告簽署人: 朱漢光; 徐太森; 張勝富; 彭及鑑; 鄭仔琍

商品檢驗指定試驗室認證服務計畫

■ 18.04 民生用品

影音, 資訊, 通訊技術及類似設備

E001 安規

CNS 15598-1 (109 年版)

264 Vac max., 30 A max., 8 KVA max., 47 Hz to 63 Hz; 1 Ø

DC: 300 V max., 150 A max., 15 kVA max.

報告簽署人: 朱漢光; 張勝富; 鄭仔琍



■ 18.04 民生用品

影音類產品, 3C 電池充電器

E001 安規

CNS 14408 (93 年版)

264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 47 Hz to 63 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 150 A max., 15 kVA max.

報告簽署人: 張勝富; 鄭玕琍

■ 19.05 電子與電機

二次鋰電池組/芯 (含鹼性或其他非酸性電解液之二次電池組/芯; 便攜式密封二次電池組/芯); 3C 二次鋰單電池/組 (鈕扣型除外); 3C 二次鋰行動電源

E001 安規 (不含單電池強制內部短路試驗)

CNS 15364 (102 年版)

DC: 80 V max., 120 A max., 5 kW max.

報告簽署人: 徐太森; 張勝富; 鄭玕琍

■ 19.05 電子與電機

單電池, 電池系統 (組)

E001 安規

CNS 62619 (109 年版)

DC: 80 V max., 480 A max., 5 kW max.

排除內部短路測試

排除功能性安全評估

含延燒測試

報告簽署人: 徐太森; 張勝富; 鄭玕琍

■ 19.06 電子與電機

不斷電式電源供應器

E001 安規

CNS 14843-1 (93 年版)

CNS 14843-2 (93 年版)

1 Ø, 264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 47 to 63 Hz

300 Vdc max., 150 A max., 15 kVA max.

報告簽署人: 張勝富

■ 20.21 資訊與通訊

資訊類產品, 3C 二次鋰行動電源, 3C 電池充電器

E001 安規

CNS 14336-1 (99 年版)

264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 47 Hz to 63 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 150 A max., 15 kVA max.

報告簽署人: 張勝富; 鄭玕琍



■ 22.05 運輸設備

二次鋰電池/組 (電動機車用)

E001 安規

CNS 15424-1 (104 年版)

CNS 15424-2 (104 年版)

CNS 15387 (104 年版)

DC: 300 V max., 100 A max., 15 kVA max.

報告簽署人: 張勝富; 彭及鑑

E002 電磁相容 (ESD only)

CNS 15424-1 (104 年版)

CNS 15424-2 (104 年版)

接觸放電: $\pm (2 \text{ to } 8) \text{ kV}$

空氣放電: $\pm (2 \text{ to } 8) \text{ kV}$

報告簽署人: 張勝富; 彭及鑑

■ 22.05 運輸設備

電動機車充電系統

E001 安規

CNS 15425-1 (104 年版)

264 Vac max., 30 A max., 8 kVA max., 50/60 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 100 A max., 15 kVA max.

報告簽署人: 張勝富; 彭及鑑

美國能源之星實驗室認證服務計畫

■ 20.21 資訊與通訊

伺服器

E005 能源效率

ENERGY STAR® Program Requirements Product Specification for Computer Servers

264 Vac max., 20 A max., 5 kVA max., 50/60 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 20 A max., 2.3 kVA max.

報告簽署人: 朱漢光; 徐太森; 鄭玕琄

■ 20.21 資訊與通訊

電腦

E005 能源效率

ENERGY STAR Program Requirements Product Specification for Computers

264 Vac max., 20 A max., 5 kVA max., 50/60 Hz, 1 Ø

DC: 300 V max., 20 A max., 2.3 kVA max.

報告簽署人: 徐太森; 張勝富; 鄭玕琄

■ 20.21 資訊與通訊

顯示器

E005 能源效率

ENERGY STAR Program Requirements Product Specification for Displays



264 Vac max., 20 A max., 5 kVA max., 50/60 Hz, 1 Ø
DC: 300 V max., 20 A max., 2.3 kVA max.

報告簽署人: 徐太森; 張勝富; 鄭仔琍

(以下空白)

